

Beiblatt / Supplement



Barcodeleser B3261

Barcode Scanner B3261

3-349-338-15

1/3.05

Der Barcodeleser B3261 ist für folgende Barcodes konfiguriert:

EAN13 / CODE 39 / CODE 128

Der Barcodeleser ist sofort am SECUTEST... bzw. am SECUTEST PSI betriebsbereit.

Für den Betrieb am PROFITEST PSI-BC, PROFITEST SI-BC bzw. PROFITEST 204 muss der Barcodeleser mit den Codes der jeweiligen Anleitung konfiguriert werden. Für diese Prüfgeräte ist nur der Code 128 möglich.

Möchten Sie andere Codes für den SECUTEST... verwenden, so wenden Sie sich an unseren Produktsupport:

Tel. 0911/8602-112 • E-Mail: support@gossenmetrawatt.com

Barcode scanner B3261 has been configured for the following barcodes:
EAN13 / CODE 39 / CODE 128

It is immediately ready for operation when connected with a SECUTEST... or SECUTEST PSI instrument.

For operation with PROFITEST PSI-BC, PROFITEST SI-BC or PROFITEST 204 the barcode scanner must be configured with the codes indicated in the respective operating instructions. For these testers only code 128 is possible.

Please contact our product support if you wish to use other codes for SECUTEST...:

Phone: +49-(0)-911/8602-112 • E-Mail: support@gossenmetrawatt.com

GOSSEN METRAWATT GMBH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany
Phone+49-(0)-911-8602-0
Fax +49-(0)-911-8602-669
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten
Edited in Germany • Subject to change without notice

